



COPRO – KIT SYSTEM

(kit da 50 test)

Individuazione dei parassiti nelle feci

Preparazione del liquido di flottazione:

- Versare il contenuto della busta in una bottiglia della capacità di almeno 1 litro;
- Aggiungere 500 ml di acqua distillata;
- Tappare la bottiglia ed agitare;
- Utilizzare 10 ml di soluzione per effettuare ogni singolo test.